

Sanitas SFT 75 Multifunktions-Thermometer

Datum und Uhrzeit einstellen

Bei der erstmaligen Benutzung des Thermometers und nach jedem Wechsel der Batterien werden (nach dem Selbsttest)
Datum und Uhrzeit in der Grundeinstellung angezeigt (I- I 00:00).

Stelle nun die Einheit der Temperaturanzeige, das Datum und die Uhrzeit ein.
Bei der Einstellung gehe in mehreren Schritten vor:
Einheit – Jahr – Monat – Tag – Stunden – Minute

1. Drücke 1 Sekunde lang die **Einschalttaste**, um das Thermometer einzuschalten.

   Das Gerät durchläuft einen kurzen Selbsttest, im Display werden alle Segmente ca. 1 Sekunde lang angezeigt. Nach erfolgreichem Selbsttest ertönen zwei kurze Pieptöne, es werden im Stand-by-Modus Datum und Uhrzeit angezeigt und die Anzeige „

   " erscheint.



2. Drücke ca. 3 Sekunden lang die Taste **S**, um in den Set-Modus zu gelangen.

   Es blinkt der jeweils zu ändernde Teilbereich.



3. Drücke die Taste **M**, um diese Einstellung zu speichern,

oder



4. drücke die Taste **S**, um die Einstellung zu ändern.



5. Drücke anschließend die Taste **M**, um diese Einstellung zu speichern.



Nach diesem Vorgang zeigt das Thermometer OFF im Display an und schaltet sich automatisch aus.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.