

Beurer BM 54

Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Um das Beurer BM 54 Blutdruckmessgerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, befolge die folgenden Schritte:

1. Stelle zunächst sicher, dass das Blutdruckmessgerät ausgeschaltet ist.

2. Entferne die Batterien aus dem Gerät.

3. Warte etwa 5 Minuten, um sicherzustellen, dass das Gerät komplett ausgeschaltet ist und alle elektrischen Ladungen abgebaut sind.

4. Setze die Batterien wieder in das Gerät ein.

Durch das Entfernen der Batterien und das Warten für eine kurze Zeit wird das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Beachte jedoch, dass dabei alle gespeicherten Daten und individuellen Einstellungen gelöscht werden.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.